



ESPECIFICAÇÕES DA CARRETA RENOVATIO

Medidas (CxL): 25m x 15m

Peso: 25 toneladas

Local: livre de anteparos até 4,5 m de altura

Parte Elétrica: trifásico (Disjuntor Tripolar) de 100a, 220v ou 380v -- 35Kva

O padrão de energia deverá estar próximo, com distância máxima de 20 metro do local escolhido para posicionamento da carreta.

Ponto de Água: deve ser conectado à mangueira PEAD (padrão SABESP), na distância máxima 20 metros do ponto de conexão. Considerar pressão suficiente para abastecimento da unidade.

Caixas de Esgoto: com entrada para tubulação de 75 a 100mm até 10 metros do ponto de conexão com a unidade, considerando a necessidade de queda por gravidade.

OBSERVAÇÕES:

- O espaço de circulação da carreta nas ruas deve ser sempre em espaços de ruas e avenidas largas.
- Caso seja colocado dentro de uma escola ou um local fechado, necessita de um portão com abertura de, no mínimo, 5 metros.